

## Технические характеристики DT-8890

### Элементы панели управления



1. Кнопка UNITS – задание единиц измерения.

2. Кнопка DIF – переключение в режим дельта-измерений.

3. Кнопка REC – переключение в аналитический режим.

4. Кнопка HOLD – удержание показаний.

5. Кнопка BACKLIGHT – включение/выключение подсветки.

6. Кнопка ON/OFF – включение/выключение прибора.

Дисплей	Двойной ЖК-дисплей
Точность	$\pm 0,3\%$ (25°C)
Повторяемость	$\pm 0,2\%$ (макс. $\pm 0,5\%$ )
Линейность/гистерезис	$\pm 0,29\%$
Максимальное давление, кПа	137,9 кПа
Время отклика, с	0,5 с (стандартное)
Температура эксплуатации, °C	0...50
Температура хранения, °C	-10...60
Питание	Батарея =9В/блок питания =9В
Диапазон измерений/ разрешение	$\pm 34,47$ кПа/0,01кПа
	$\pm 0,344$ бар/0,001 бар
	$\pm 344,7$ мбар/0,1 мбар
	$\pm 258,5$ мм рт. ст./0,1 мм рт. ст. $\pm 351,5$ см вод. ст./0,1 см вод. ст. $\pm 0,351$ кгс/см <sup>2</sup> /0,001 кгс/см <sup>2</sup>